

Наручилац	Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2 Огранак „Дринско – Лимске хидроелектране“ Бајина Башта Улица: Трг Душана Јерковића број 1
Адреса	ХЕ „Електроморава“ Господар Јованова 24
Место	32000 Чачак

6.09.02.21-E.02.04.-398997/12-2017

Број 23
02 -11- 2017 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2

Предмет: Питања и одговори у вези конкурсне документације за ЈН/2100/0298/2017: Контрола квалитета уља из лежајева агрегата и регулационих система ХЕ „Електроморава“

Заинтересовано лице је, путем email поште, дана 31.10.2017. године у 11,58 часова, упутило питање у вези конкурсне документације за ЈН/2100/0298/2017: Контрола квалитета уља из лежајева агрегата и регулационих система ХЕ „Електроморава“:

PREDMET: OBJAŠNJENJA - poziv za javnu nabavku broj JN/2100/0298/2017

Pitanje br. 1.

U konkursnoj dokumentaciji su za tražena ispitivanja karakteristika zahtevane metode propisane ASTM D standardima. Da li je za naručioca prihvatljivo da se ispitivanja vrše po SRPS ISO standardima koji su ekvivalentni navedenim ASTM D standardima?

ОДГОВОР:

1. Да, за Наручиоца је прихватљиво да се испитивања врше по SRPS ISO стандардима који су еквивалентни ASTM D стандардима.

Комисија за ЈН/2100/0298/2017:
